


แคปซูลความดันลบ

ชื่ออุปกรณ์	คุณสมบัติทางเทคนิค	รูปภาพ	จำนวน	หน่วย
พลาสติกผ้าใบ	มาตรฐาน : GMP หนา (มิลลิเมตร) : 0.5		1	ชุด
พัดลมดูดอากาศ	ระดับเสียง (เดซิเบล) : 60 แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) : 12 กำลังไฟฟ้า (วัตต์) : 18 ปริมาณลม (ลบ.ม./ชม.) : 64.8		1	เครื่อง
แบตเตอรี่ สำรองไฟ	ชนิดแบตเตอรี่ : แห้ง ขนาด (กxยxส , มิลลิเมตร) : 150x65x95 แรงดันไฟฟ้า (โวลต์/กระแสชั่วโมง) : 12/7.2		1	เครื่อง
ท่อนำอากาศ	แรงดันขาเข้า (โวลต์กระแสสลับ) : 220-240 แรงดันขาออก (โวลต์กระแสตรง) : 12 กระแสชาร์ต (A) : 5 ขนาด (กxยxส , มิลลิเมตร) : 168x65x38		1	เส้น
กรองอากาศ	“Hepa filter” ขนาด (กxยxส , เมตร) : 0.115 x 0.105 x 0.03 เกรดมาตรฐาน WHO : H14 (eff = 99.999%)		1	ชิ้น
โครงสร้าง	วัสดุ : Superene		1	ชุด
Monitor system	หน้าจอแสดงผลของความแตกต่างความดัน ไฟแสดงสถานะความปกติ/ผิดปกติในห้องผู้ป่วย มาตรวันชั่วโมงการทำงานของ Hepa filter ปุ่มเปิด-ปิด ไฟแสงสว่าง พัดลมดูดและอัดอากาศ ปุ่มปิดระบบการทำงานของระบบและเสียงเตือน		1	ชุด
คุณสมบัติ				
ขนาดแคปซูลเคลื่อนย้ายความดันลบ (Capsule Negative pressure)		(กxยxส, เมตร) : 2.0 x 0.4 x 0.5		
อัตราการนำอากาศออก (Air Change per hour “ACH”)		533 ACH		
ความแตกต่างความดัน (เทียบกับบรรยากาศ 101,325 Pa)		-9 Pa (~ 101,316 Pa)		
ขนาดของอนุภาคที่สามารถกรองได้		0.3 μ m		

