

เอกสารแนบ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	แผ่นตะกั่วกันรังสี ขนาด 100 x 200 ซม. ความหนา 1 มม. Lead Equivalent 1 mmPB มีใบรับรองผลการทดสอบการป้องกันรังสี	225	แผ่น
2	กระจกตะกั่วกันรังสี ขนาด 50 x 50 ซม. ความหนา 10 มม. Lead Equivalent ≥ 2 mmPB มีใบรับรองผลการทดสอบการป้องกันรังสี	4	แผ่น

q/w or/