

	แบบรายงานการจัดทำราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	
	ผู้จัดเตรียมเอกสาร	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	วันที่จัดทำ	20 พฤศจิกายน 2560
		จำนวนเอกสาร รวม 2 หน้า


เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง DC High voltage generator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง) จำนวน 1 เครื่อง


เรียน ผู้อำนวยการ ผ่าน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (บริหาร)


อ้างถึงใบขอซื้อ/จ้าง พค 011/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 วงเงินงบประมาณ 700,000.00 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)


บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง DC High voltage generator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง) จำนวน 1 เครื่อง ตามหลักเกณฑ์คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดังกล่าวแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น EUR 16,300.00 (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยยูโร) ตามอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารไทยพาณิชย์ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 EUR 1 = 38.88 บาท คิดเป็นเงินไทยประมาณ 633,744.00 บาท (หกแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาท) (ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะราคาสินค้าเท่านั้น) รายละเอียดตามแบบ ป.ป.ช.7 เลขที่ 44/61 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดซื้อต่อไป

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(ดร.นาวิน จันทรทอง)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายมงคล ผานาค)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิเวก ภาชีรักษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	ผู้อำนวยการอนุมัติ
☒ ตรวจสอบแล้วถูกต้อง เห็นสมควรอนุมัติ ☐ อื่นๆ ลงชื่อ  (นายเมธี โสภณ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (บริหาร) วันที่ 20 พ.ย. 60	☒ อนุมัติ ☐ อื่นๆ ลงชื่อ  (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวดี สุจิตจร) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน วันที่.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อ DC High voltage generator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง) จำนวน 1 เครื่อง
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สังกัดฝ่ายเครื่องแรงอนุภาค

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ☐ วิธีเชิญชวน ☐ วิธีคัดเลือก ☒ วิธีเฉพาะเจาะจง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 700,000.00 บาท (ตามใบขอซื้อ/จ้าง พค 011/61 ลว. 5 ต.ค. 60)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 20 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน EUR 16,300.00 บาท
 (ตามอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารไทยพาณิชย์ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 EUR 1 = 38.88 บาท คิดเป็นเงินไทย
 ประมาณ 633,744.00 บาท) (ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะราคาสินค้าเท่านั้น)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) (ตามเอกสารตารางแนบ)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ใบเสนอราคา บริษัท TECHNIX ประเทศฝรั่งเศส

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 ดร.นาวัน จันทร์ทอง ประธานกรรมการ


5.2 นายมงคล ผานาค กรรมการ

5.3 นายวิเวก ภาชีรักษ์ กรรมการ

หมายเหตุ :

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กำหนดราคากลางโดยพิจารณาจากใบเสนอราคาสืบราคาจาก
 ห้างตลาดซึ่งมีผู้เสนอราคามาจำนวน 1 ราย มีคุณสมบัติตรงตามสถาบันฯ กำหนด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงนาม)


1. 

2. 

3. 

ตารางราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/ หน่วย (EUR)	ราคากลาง (EUR)	ราคารวม (EUR)	แปลงเป็นเงิน ไทย *39.14 ราคาต่อหน่วย (บาท)
1	DC High voltage generator (เครื่อง กำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง)	1	เครื่อง	16,300.00	16,300.00	16,300.00	633,744.00
	ราคากลางทั้งสิ้น (EUR)					16,300.00	633,744.00

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน นายวิเวก ภาชีรักษ์ ()



เอกสารประกอบการพิจารณาราคากลาง

Specifications

of the

“DC High Voltage Generator”

for the

Electron Gun Development Project

Synchrotron Light Research Institute (Public Organization)

111 University Ave., Muang District, Nakhon Ratchasima Thailand 30000



1. DC High Voltage Generator Specifications

The specification of the DC high voltage generator is shown in the table below.

Model	SR series 10 kV, 1.5 A, 15 kW
Input Voltage	3 phase, 400 Vac, 50 Hz
Output Voltage	0 to 10 kV adjustable
Output polarity	Negative
Control & Interface	Can be done by Ethernet

2. Technical documents

The seller shall provide operation manuals, and a completely set of detailed electronic/electrical diagrams of the power supply in English.

3. Warranty

After delivery and the DC high voltage generator is accepted by SLRI. It shall be warranted for a period of at least one year.

ผู้แทนฯ คุณลัดดา