

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องวัดรังสี (Survey Meter) จำนวน 4 เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สังกัดส่วนความปลอดภัย
.....สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ☐ วิธีประกาศเชิญชวน ☐ วิธีคัดเลือก ☒ วิธีเฉพาะเจาะจง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร700,000.00.....บาท (ตามใบขอซื้อ/จ้าง พป 002/61 ลว. 8 ก.ย. 60)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง30 พฤศจิกายน 2560.....เป็นเงิน.....586,447.24.....บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....เครื่องละ 146,611.81.....บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 4.1 ใบเสนอราคา บริษัท เมสเซอร์แมนท์เอเชีย จำกัด
 4.2 ใบเสนอราคา บริษัท เอช.วี.ซัพพลาย จำกัด
 4.2 ใบเสนอราคา บริษัท เอสเอ็มไอ อินสตรูเมนต์ จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุก
 5.1 นายสมศักดิ์.....เรืองพูนวิทยา.....ประธานกรรมการ
 5.2 นายรณรัช.....แสนโยธะกะ.....กรรมการ
 5.3 นางสาวศรียุญา.....วนิชปริญญากุล.....กรรมการ

หมายเหตุ :

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากมติในที่ประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยพิจารณาจากใบเสนอราคาตามท้องตลาดซึ่งมีผู้เสนอราคามาจำนวน 3 ราย พิจารณาราคากลางจากใบเสนอราคาแต่ละราย คำนวณราคากลางโดยการนำราคาจากผู้เสนอราคาแต่ละรายมาเฉลี่ยกัน

เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ลงนาม)

1.....

2.....

3.....ต้นทว.....วณิชปริญญากุล.....





รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
แบบใบขอจัดซื้อ/จ้าง เครื่องวัดรังสี (Survey Meter) จำนวน 4 เครื่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

Pressurized Ion Chamber Survey Meter ยี่ห้อ FLUKE รุ่น 481 DESI

รหัสสินค้า	481 DESI	
ช่วงการวัดรังสี	เบต้า มากกว่า 1 keV แกมมา มากกว่า 7 keV	
Operating ranges, response time	0 to 50 μ Sv/h (8 sec) 0 to 500 μ Sv/h (2.5 sec) 0 to 5 mSv/h (2 sec) 0 to 50 mSv/h (2 sec) 0 to 500 mSv/h (2 sec)	
Accuracy	Within 10 % of readings between 10 % and 100 % of full scale indication on any range, exclusive of energy response	
Detector	Chamber	349 CC volume air ionization
จอแสดงผล	Analog	100 element bar graph 6.4 cm long. Bar graph is divided into 5 major segments, each labeled with the appropriate value for the range of the instrument
	Digital	2.5 digit display is followed by a significant zero digit depending on the operating range of the instrument. The units of measurement are indicated on the display at all times. Digits are 6.4 mm (0.25 in) high. Low battery and freeze indicators are also provided on the display
สภาพโดยรอบที่สามารถทำงานได้	อุณหภูมิ	20 ถึง +50 องศาเซลเซียสหรือกว้างกว่า
	ความชื้นสัมพัทธ์	0% ถึง 100% องศาเซลเซียสหรือกว้างกว่า
การรับประกัน	1 ปีขึ้นไป และมีบริการหลังการขายเมื่อสิ้นสุดระยะรับประกัน เช่น ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่	

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง.....และ/หรือ.....ผู้กำหนดคุณลักษณะ
(นางสาวศรียุญา วณิชปริญญากุล)