

	แบบรายงานการจัดทำราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)		
	ผู้จัดเตรียมเอกสาร	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	จำนวนเอกสาร รวม 2 หน้า
	วันที่จัดทำ	29 มกราคม 2561	

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง Dry Scroll vacuum จำนวน 2 ชุด

เรียน รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ ผ่าน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (บริหาร)

อ้างถึงใบขอซื้อ/จ้าง พส 065/2561 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 วงเงินงบประมาณ 265,000.00 บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และ พส 066/2561 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 วงเงินงบประมาณ 265,000.00 บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมวงเงินงบประมาณ 530,000.00 บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง Dry Scroll vacuum จำนวน 2 ชุด ตามหลักเกณฑ์ คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดังกล่าวแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 425,146.66 บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทหกสิบหกสตางค์) รายละเอียดตามแบบ ป.ป.ช.7 เลขที่ 138/61 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดซื้อต่อไป

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาวศุภวรรณ ศรีจันทร์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวดวงใจ ศรีสมุทร)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวณมล ไม้ทอง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
☒ ตรวจสอบแล้วถูกต้อง เห็นสมควรอนุมัติ ☐ อื่นๆ	☒ อนุมัติ ☐ อื่นๆ
ลงชื่อ (นายเมธี โสภณ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (บริหาร)	ลงชื่อ (ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ) รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ
วันที่ 13 ก.พ. 2561	วันที่ 13 ก.พ. 2561


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ จัดซื้อ Dry scroll vacuum จำนวน 2 ชุด
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สังกัดฝ่ายสถานีวิจัย
.....สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ☒ วิธีเชิญชวน ☐ วิธีคัดเลือก ☐ วิธีเฉพาะเจาะจง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร530,000.00.....บาท (ตามใบขอซื้อ/จ้าง พส 065/61 ลว. 15 พ.ย. 60 และ พส 066/61 ลว. 15 พ.ย. 60)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 29 มกราคม 2561.....เป็นเงิน.....425,146.66.....บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ชุดละ 212,573.33 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ใบเสนอราคา บริษัท คินเนติก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 - 5.2 ใบเสนอราคา บริษัท อีวาแมค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 - 5.3 ใบเสนอราคา บริษัท ไทย แอดวานซ์ จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นางสาวศุภวรรณ ศรีจันทร์.....ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวดวงใจ ศรีสมุทร.....กรรมการ
 - 6.3 นางสาวนฤมล มั้ทอง.....กรรมการ


หมายเหตุ :

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กำหนดราคากลางโดยเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง พิจารณาจากใบเสนอราคาตามท้องตลาดซึ่งมีผู้เสนอราคามาจำนวน 3 ราย มีคุณสมบัติตรงตามสถาบันฯ กำหนด (มาตรา 4 ราคากลาง (4) โดยใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้อง และให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐเป็นสำคัญ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงนาม)


1. 

2. 

3. 

ตารางราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย (บาท)	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	ราคากลาง (บาท)	ราคารวม (บาท)
1	Dry Scroll vacuum	2	ชุด	198,666.66	13,906.67	212,573.33	425,146.66
	ราคากลางทั้งสิ้น (บาท)						425,146.66

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล ()

รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
แบบใบขอจัดซื้อ/จ้าง

ชุดปั๊มสุญญากาศ (Dry Scroll Vacuum Pump) จำนวน 1 เครื่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

Dry Scroll Vacuum Pump

Nominal Pumping Speed, l/min (50Hz)	≥ 250
Ultimate / Base pressure, Pa (Torr)	≤ 1.6 (1.2×10^{-2})
Motor power, kW	≥ 0.4
Voltage, V (Hz)	Single phase, 200-230V (50Hz)
Noise level 1 m, dB (A)	≤ 58
Leak tightness (Leak rate), Ps*L/s (mbar*L/s)	≤ 1×10^{-2} (1×10^{-4})
Water vapor, g/day	24-25
Air flush (Purge), L/min	10
Inlet connection, NW (DN)	25
Outlet connection, NW (DN)	25 or 16
Cooling system	Air-cooled
Operating ambient temperature, °C	10 - 40

ลงชื่อ..........ผู้กำหนดคุณลักษณะ
(ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล)