



รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
แบบใบขอจัดซื้อ/จ้าง เครื่องวัดรังสี (Survey Meter) จำนวน 4 เครื่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

Pressurized Ion Chamber Survey Meter ยี่ห้อ FLUKE รุ่น 481 DESI

รหัสสินค้า	481 DESI	
ช่วงการวัดรังสี	เบต้า มากกว่า 100 keV แกมมา มากกว่า 7 keV	
Operating ranges, response time	0 to 50 μ Sv/h (8 sec) 0 to 500 μ Sv/h (2.5 sec) 0 to 5 mSv/h (2 sec) 0 to 50 mSv/h (2 sec) 0 to 500 mSv/h (2 sec)	
Accuracy	Within 10 % of readings between 10 % and 100 % of full scale indication on any range, exclusive of energy response	
Detector	Chamber	349 CC volume air ionization
จอแสดงผล	Analog	100 element bar graph 6.4 cm long. Bar graph is divided into 5 major segments, each labeled with the appropriate value for the range of the instrument
	Digital	2.5 digit display is followed by a significant zero digit depending on the operating range of the instrument. The units of measurement are indicated on the display at all times. Digits are 6.4 mm (0.25 in) high. Low battery and freeze indicators are also provided on the display
สภาพโดยรอบที่สามารถ ทำงานได้	อุณหภูมิ	-4 °F ถึง 122 °F
	ความชื้น สัมพัทธ์	0 % ถึง 95 % หรือมากกว่า
การรับประกัน	1 ปี ขึ้นไป และมีบริการหลังการขายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาประกัน เช่น ซ่อมแซมหรือเปลี่ยน อะไหล่	

ลงชื่อ.....ดร.นงนุช ภูมิปัญญากุล.....ผู้กำหนดคุณลักษณะ

(นางสาวศรีัญญา วณิชปริญญากุล)