

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใขงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ชื่อ Picoammeter จำนวน 2 ชุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สังกัดฝ่ายสถานีวิจัย  
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 240,000.00 บาท (ตามใบขอซื้อ/จ้าง พส 160/2561 ลว. 17 เม.ย. 61)  
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ☐ วิธีเชิญชวน ☐ วิธีคัดเลือก ☒ วิธีเฉพาะเจาะจง
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 1 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 227,054.00 บาท  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) (ตามตารางแนบท้าย) (ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะราคาสินค้าเท่านั้น)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ใบเสนอราคา บริษัท เอซิส เทคโนโลยี จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ดร.รัชฎาภรณ์ ทรัพย์เรืองนตร ( 34 )

หมายเหตุ :

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กำหนดราคากลาง โดยพิจารณาจากใบเสนอราคาตามท้องตลาดซึ่ง  
มีผู้เสนอราคามา จำนวน 1 ราย มีคุณสมบัติตรงตามสถาบันฯ กำหนด


ราคากลาง

| ลำดับ                 | รายการ      | จำนวน | หน่วย | ราคากลาง (บาท) | ราคากลาง (บาท)/หน่วย |
|-----------------------|-------------|-------|-------|----------------|----------------------|
| 1                     | Picoammeter | 2     | ชุด   | 227,054.00     | 113,527.00           |
| ราคารวมทั้งสิ้น (บาท) |             |       |       | 227,054.00     |                      |

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

ดร.รัชฎาภรณ์ ทรัพย์เรืองเนตร

(.....  .....



## รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ Picoammeter จำนวน 2 ชุด

| ลำดับ | รายการที่ต้องการขอซื้อ/จ้าง           | จำนวน | หน่วย | รายละเอียดคุณสมบัติ                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       |       |       | หัวข้อหลัก                                                                                                                                                                    | คุณสมบัติ                                                                                                                                                        |
| 1     | Picoammeter<br>(Model: Keithley 6485) | 2     | ชุด   | Current Ranges:<br>Voltage Burden:<br>Reading Rate:<br>Digits:<br>Analog Output:<br>Battery Option:<br>Storage Buffer:<br>Input Connector:<br>Case Dimensions:<br>Net Weight: | 2 nA ~ 20 mA<br>200 $\mu$ V (1 mV on 20 mA range)<br>1000/s<br>5 ½<br>Yes<br>No<br>2500 points<br>BNC on rear panel<br>90 mm H X 214 mm W X 369 mm D<br>< 2.8 kg |

ลงชื่อ ..... ผู้ขอซื้อ/จ้าง  
(นางสาวรัชฎาภรณ์ ทรัพย์เรืองเนตร)