

รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ

แนบใบขอจัดซื้อ/จ้าง

จัดซื้อ..อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสี...จำนวน.....7.....รายการ

ลำดับ	ชื่อรายการ	รายละเอียดคุณสมบัติ (เช่น ยี่ห้อ / รุ่น / รหัสสินค้า)	จำนวน	หน่วยนับ	หมายเหตุ
1	X-Ray Protective Apron	1) ขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า 55 ซม. x ไม่น้อยกว่า 95 ซม. 2) ตัดเย็บจาก Lead Rubber สามารถป้องกันรังสีเอ็กซเรย์ได้เป็นอย่างดี 3) วัสดุมีค่า Lead Equivalent 0.5 mmPb 4) ได้รับมาตรฐานการผลิตจาก European Standard 5) มีกระเป๋าสําหรับใส่ Radiation Dosimeter 6) สีสําน้เงิน 7) รับประกันสินค้า 1 ปี	10	ชุด	
2	X-Ray Protective Thyroid	1) ขนาดสำหรับผู้ใหญ่ 2) สามารถปรับขนาดได้ตามความกว้างลำคอของผู้สวมใส่ 3) ได้รับมาตรฐานการผลิตจาก European Standard 4) ผลิตจาก Lead rubber พร้อมเย็บด้วยผ้าอย่างดี 5) วัสดุมีค่า Lead Equivalent 0.5 mmPb 6) ใช้สำหรับป้องกันบริเวณลำคอขณะทำงานกับรังสี 7) รับประกันสินค้า 1 ปี 8)	10	ชิ้น	
3	X-Ray Protective Gonad	1) ขนาดสำหรับผู้ใหญ่	10	ชิ้น	

ลำดับ	ชื่อรายการ	รายละเอียดคุณสมบัติ (เช่น ยี่ห้อ / รุ่น / รหัสสินค้า)	จำนวน	หน่วยนับ	หมายเหตุ
		2) วัสดุ มีค่า Lead Equivalent 0.5 mmPb เข็มขัดพร้อมแผ่น วัสดุป้องกันรังสีเอ็กซเรย์ 3) ทำหน้าที่ป้องกันบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ 4) ได้รับมาตรฐานการผลิตจาก European Standard 5) รับประกันสินค้า 1 ปี			
4	X-RAY Protective Gloves แบบบาง	1) ถุงมือป้องกันรังสีเอ็กซเรย์แบบบาง ขนาด 8	10	คู่	
5	X-RAY Protective Gloves แบบหนา	1) ถุงมือป้องกันรังสีเอ็กซเรย์ 2) Lead Equivalent 0.5 mmPb 3) ทำจาก Lead rubberสามารถป้องกันรังสีเอ็กซเรย์ ขณะปฏิบัติงาน 4) Free Size	10	คู่	
6	X-RAY Protective for eye	1) ใช้สำหรับสวมใส่ป้องกันรังสี X-ray บริเวณดวงตา 2) Lead equivalent 0.50 mm.Pb.	10	ชิ้น	
7	ราวแขวนชุดกันรังสี X-RAY แบบตั้งพื้น ชนิด 10 ตัว	1) ขนาด กว้าง ไม่น้อยกว่า 50 cm. สูง x ไม่น้อยกว่า 135 cm. x ยาว ไม่น้อยกว่า 105 cm. 2) รถเข็น 4 ล้อ มีเบรก 2 ล้อ 3) แขนเสื้อตะกั่วได้ 10 ชุด 4) มีปุ่มได้แขนสำหรับแขวน Skirt, Thyroid Shield และอื่นๆ	1	อัน	

ลงชื่อ.....*ศิริญา วนิชปริญญากุล*.....ผู้กำหนดคุณลักษณะ
(นางสาวศิริญา วนิชปริญญากุล)