

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ชื่อ ตู้แช่ 3 ประตู ความจุ 56 cu.ft ประตูทึบ จำนวน 5 ตู้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สังกัดฝ่ายสถานีวิจัย
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 172,000.00 บาท (ตามใบขอซื้อ/จ้าง พส 204/2561 ลว. 27 มิ.ย. 61)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ☐ วิธีเชิญชวน ☐ วิธีคัดเลือก ☒ วิธีเฉพาะเจาะจง
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 12 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 171,200.00 บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) (ตามตารางแนบท้าย) (ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะราคาสินค้าเท่านั้น)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 ใบเสนอราคา ร้านณัฐกิจอินเตอร์คูล
 - 4.2 ใบเสนอราคา ร้านชาญณรงค์ อินเตอร์คูล
 - 4.3 ใบเสนอราคา ร้านเมืองย่าเครื่องเย็น
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน นายวัชรพล ภูมรา (กฤษณ์ งาม)


หมายเหตุ :

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กำหนดราคากลางโดยเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง พิจารณาจากใบเสนอราคาตามท้องตลาดซึ่งมีผู้เสนอราคามาจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาราคาต่ำสุด มีคุณสมบัติตรงตามสถาบันฯ กำหนด (มาตรา 4 ราคากลาง (4) โดยใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้อง และให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐเป็นสำคัญ)

ราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง (บาท)	ราคากลาง (บาท)/หน่วย
1	ตู้แช่ 3 ประตู ความจุ 56 cu.ft ประตูทึบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ	5	ตู้	171,200.00	34,240.00
ราคาทั้งสิ้น (บาท)				171,200.00	

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน นายวัชรพล ภูมรา (วิศวกร)



รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
แบบใบขอจัดซื้อ/จ้าง
จัดซื้อตู้แช่ 3 ประตูความจุ 56 cu.ft ฝาหีบ จำนวน 5 ตู้

รายละเอียดคุณสมบัติ

1. เป็นตู้แช่ 3 ประตูแบบฝาหีบ แต่ละประตูมีช่องกระจกขนาด 20 x 20 cm อยู่ระดับสายตา
2. ขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า (กxยxส) 70x180x205 cm
3. วัสดุที่ใช้ภายนอก และภายในเป็นแบบ White colour bond
4. คอมเพรสเซอร์ทำความเย็นขนาดไม่น้อยกว่า 1/2 HP
5. ขนาดคอยล์เย็นความกว้างไม่น้อยกว่า 70 cm พร้อมมอเตอร์พัดลมขนาดไม่น้อยกว่า 9W
6. ระบบทำความเย็นแบบ No Frost
7. ฉนวนป้องกันความร้อนใช้วัสดุ Polyurethane Foam
8. ใช้กับไฟฟ้า 220-240VAC 50Hz
9. มีชั้นวางสินค้าภายในตู้ 21 ชั้น (แถวละ 7 ชั้น)
10. มีล้อเลื่อนด้านล่าง 4 ตัว

การรับประกัน

- รับประกันระบบทำความเย็น จากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี

ลงชื่อ.....วิรัตน์.....ผู้กำหนดคุณลักษณะ
(ชาญ วิรัตน์)

๔