

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ งานจัดจ้างบำรุงรักษาและปรับเทียบกล้องสำรวจพิกัดแบบเลเซอร์ (Laser Station) จำนวน 1 งาน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบเชิงกลและสาธารณูปโภค
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 192,600.00 บาท (ตามใบขอซื้อ/จ้าง พพ 070/2561 ลว. 15 ส.ค. 61)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ☐ วิธีเชิญชวน ☐ วิธีคัดเลือก ☒ วิธีเฉพาะเจาะจง
- วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 28 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 192,600.00 บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) (ตามตารางแนบท้าย) (ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะราคาสินค้าเท่านั้น)
- แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใบเสนอราคา บริษัท เฮกซากอน เมโทรโลจี (ประเทศไทย) จำกัด
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน นางสาวศุภวรรณ ศรีจันทร์ (*สปว ศส*)

หมายเหตุ :

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กำหนดราคากลาง โดยพิจารณาจากใบเสนอราคาตามท้องตลาดซึ่ง
มีผู้เสนอราคามา จำนวน 1 ราย มีคุณสมบัติตรงตามสถาบันฯ กำหนด

ราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง (บาท)	ราคากลาง (บาท)/หน่วย
1	งานจัดจ้างบำรุงรักษาและปรับเทียบกล้อง สำรวจพิกัดแบบเลเซอร์ (Laser Station) รายละเอียดตามเอกสารแนบ	1	งาน	192,600.00	192,600.00
ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)				192,600.00	

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

นางสาวศุภวรรณ ศรีจันทร์

(.....*ohw*.....)



ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)

งานจัดจ้างบำรุงรักษาและปรับเทียบกล้องสำรวจพิกัดแบบเลเซอร์ (Laser Station) จำนวน 1 งาน

1. รายละเอียดและขอบเขตของงาน

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด
1.	งานบำรุงรักษาและปรับเทียบกล้องสำรวจพิกัดแบบเลเซอร์ (Laser Station) ผลิตภัณฑ์ LEICA รุ่น TDRA6000 Serial No. 365869	1.1 ดำเนินการตรวจสอบสภาพการใช้งานทั้งหมดของเครื่องมือ ได้แก่ ระบบการทำงานปกติของเครื่อง ระบบการปรับระดับของเครื่อง ระบบการตรวจจับตำแหน่ง Reflector เป็นต้น 1.2 ดำเนินการปรับเทียบค่าการวัดมุม ค่าการวัดระยะทาง ร่วมกับ Reflector 1.5"RRR / Retro-reflector tape/ Reflector less 1.3 งานบำรุงรักษา ไม่รวมถึงงานซ่อมแซมเครื่องมือ
2.	ใบรับรองผลการปรับเทียบ	มีใบรับรองผลการปรับเทียบ (Calibration Certificate)
3.	การซ่อมแซมความเสียหาย	หากตรวจสอบพบความเสียหายของเครื่องมือที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการปรับเทียบ ให้บริษัทฯ แจ้งสถาบันฯ ก่อนดำเนินการ

2. การส่งมอบอุปกรณ์ให้บริษัทเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาและปรับเทียบ
ภายใน ธันวาคม 2561

3. ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบอุปกรณ์คืนให้สถาบันฯ
ภายใน วันที่ 1 มีนาคม 2562

ลงชื่อ ผู้กำหนดคุณลักษณะ
(นางสาวศุภวรรณ ศรีจันทร์)