

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ชื่อ Dry Scroll pump จำนวน 2 ชุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สังกัดฝ่ายสถานีวิจัย
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000.00 บาท (ตามใบขอซื้อ/จ้าง พส 034/2562 ลว. 24 ก.ย. 61 และ พส 036/2562 ลว. 24 ก.ย. 61)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ☐ วิธีเชิญชวน ☐ วิธีคัดเลือก ☒ วิธีเฉพาะเจาะจง
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 12 ตุลาคม 2561 เป็นเงิน 339,832.00 บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) (ตามตารางแนบท้าย) (ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะราคาสินค้าเท่านั้น)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 ใบเสนอราคา บริษัท อีวแมค จำกัด
 - 4.2 ใบเสนอราคา บริษัท ไทย แอดแวนเทค จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ดร.แคทลียา โรจน์วิริยะ (Cattleya R.)

หมายเหตุ :

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กำหนดราคากลางโดยเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง พิจารณาจากใบเสนอราคาตามท้องตลาดซึ่งมีผู้เสนอราคามาจำนวน 2 ราย โดยพิจารณาราคาต่ำสุด มีคุณสมบัติตรงตามสถาบันฯ กำหนด (มาตรา 4 ราคากลาง (4) โดยใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด และให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐเป็นสำคัญ)

ราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง (บาท)	ราคากลาง (บาท)/หน่วย
1	Dry Scroll pump รายละเอียดตามเอกสารแนบ	2	ชุด	339,832.00	169,916.00
ราคาทั้งสิ้น (บาท)				339,832.00	

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ดร.แคลิยา ไรจน์วิริยะ (Calaya R.)



รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
 แบบใบขอจัดซื้อ/จ้าง
 จัดซื้อ Dry Scroll Pump จำนวน 2 ชุด

รายการที่ต้องการ ขอซื้อ/จ้าง	จำนวน	หน่วยนับ	รายละเอียดคุณสมบัติ	
			หัวข้อหลัก	คุณสมบัติ
Dry Scroll pump	2	ชุด	Displacement	≥250 (50Hz)
			Ultimate pressure, Pa (Torr)	≤1.6 (1.2×10 ⁻²)
			Motor power	0.4 Kw
			Noise level	≤ 58 dB
			Leak tightness, Pa L/s	≤1×10 ⁻²
			Air flush, L/min	10
			Cooling system	Air-Cooled
			Ambient temperature	5 to 40 °C
			Warranty	1 year

Signature R.

หน้า ๑ จาก ๑ (1/1)