

แบบ บก.06 เลขที่ 05/64
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการจัดซื้อ Residual Gas Analyzer (RGA) System (Quadrupole Mass Spectrometer) จำนวน 1 ชุด
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สังกัดฝ่ายสถานีวิจัย
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ☐ วิธีประกาศเชิญชวน ☐ วิธีคัดเลือก ☒ วิธีเฉพาะเจาะจง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 600,000.00 บาท (ตามใบขอซื้อ/จ้าง พส 001/2564 ลว. 6 ต.ค.63)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 581,954.81 บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 581,954.81 บาท/ชุด
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใบเสนอราคา บริษัท อัลแวก (ไทยแลนด์) จำกัด
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายเกริกฤทธิ์ สิริพิศาตร์
 - 6.2 นางสาวนฤมล ไช้ทอง
 - 6.3 นายสุพรรณ บุญสุยา

หมายเหตุ :

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) พิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่น
เสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง

พิจารณาราคากลาง ตามหลักเกณฑ์ข้อ (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยพิจารณาจากใบ
เสนอราคาตามท้องตลาดซึ่งมีผู้เสนอราคาและใบเสนอราคามาจำนวน 1 ราย มีคุณสมบัติตรงตามสถาบันฯ กำหนด

๕๗๘



เอกสารประกอบการพิจารณาราคากลาง

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบท้ายจากต้นเรื่อง

รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ

แบบใบขอจัดซื้อ/จ้าง

จัดซื้อ.....Residual Gas Analyzer (RGA) System (Quadrupole Mass Spectrometer).....จำนวน.....1.....ชุด

ลำดับ	ชื่อรายการ	รายละเอียดคุณสมบัติ (เช่น ยี่ห้อ / รุ่น / รหัสสินค้า)	จำนวน	หน่วยนับ	หมายเหตุ
1	Residual Gas Analyzer (RGA) System (Quadrupole Mass Spectrometer)	- Max Measurable Pressure: 22.5 Torr - Mass Measure Range: 1 - 100 amu - With turbo molecular pump: 70 L/s - With diaphragm pump: 19 L/min - With variable leak valve set - With power supply (input: 220 VAC) - With control software QCS Ver. 4 (compatible for Windows 10) - ยี่ห้อ ULVAC รุ่น Qulee with YTP-H 3000Pa	1	ชุด	

รับประกัน 1 ปี

ลงชื่อ.....สุพรรณ บุญสุยา.....ผู้กำหนดคุณลักษณะ
(นายสุพรรณ บุญสุยา)