

แบบ บก.06 เลขที่ 50/64
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไปงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการจัดซื้อ ว่าด้วยความคุ้มค่าต้นทุนผูกขาด ชนิด Pendulum จำนวน 1 ชุด
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สังกัดฝ่ายสถานวิจัย
.....สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ☐ วิธีประกาศเชิญชวน ☐ วิธีคัดเลือก ☒ วิธีเฉพาะเจาะจง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...800,000.00...บาท (ตามใบขอซื้อ/จ้าง พส 297/2564 ลว. 29 ก.ค.64)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564...เป็นเงิน ...605,620.00 บาท
- ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....(ตามตารางแนบท้ายราคากลาง)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ในเสนอราคา บริษัท นิวแม็ก จำกัด.....
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายเกริกฤทธิ์ สิทธิศาสตร์.....
 - 6.2 นายเกียรติศักดิ์ ศรีโสม.....
 - 6.3 ดร.ภคินันท์ ภักขนิทย์.....

หมายเหตุ :

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) พิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่น
เสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง

พิจารณาราคากลาง ตามหลักเกณฑ์ข้อ (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยพิจารณาจากใบ
เสนอราคาตามท้องตลาดซึ่งมีผู้เสนอราคาและใบเสนอราคามาจำนวน 1 ราย มีคุณสมบัติตรงตามสถาบันฯ กำหนด

เอกสารประกอบการพิจารณาราคากลาง

ตารางราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	VAT 7%	ราคาต่อหน่วย/รวม VAT 7 %	ราคากลาง (บาท)
1	วาล์วควบคุมความดันสูญญากาศ ชนิด Pendulum	1	ชุด	566,000.00	39,620.00	605,620.00	605,620.00
ราคากลางทั้งสิ้น (บาท)							605,620.00

หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ



เอกสารแนบท้ายจากต้นเรื่อง

เอกสารแนบ 1

เอกสารประกอบการพิจารณาเราคงลง

รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ

วาล์วควบคุมความดันสุญญากาศ ชนิด Pendulum จำนวน 1 ชุด

1. คุณลักษณะทั่วไป

วาล์วควบคุมความดันสุญญากาศ ชนิด Pendulum (Pressure Control Valve) สำหรับใช้ในการควบคุมความดันสุญญากาศภายในห้องเคลือบกระจก ในขั้นตอนกระบวนการเคลือบ Sputtering ของโครงการพัฒนาต้นแบบชุดเคลือบกระจกแบบหลายชั้นสำหรับประยุกต์ใช้ในระบบลำเลียงแสงย่านเอกซ์เรย์พลังงานสูง สำหรับเครื่องซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยนับ
1	วาล์วควบคุมความดันสุญญากาศ ชนิด Pendulum	Pressure Control Valve ยี่ห้อ VAT รุ่น 65046-PAHG-0001 - Connection Flange Size: DN200 - Material: Blank aluminum - Body Leak Rate: $<1.0E^{-11}$ mbar l/s - Section Leak Rate: $<1.0E^{-9}$ mbar l/s - Valve Drive: Stepped motor and integrated pressure controller with power failure option (PFO) - Interface RS-232, 1 sensor	1	ชุด

2. ด้านการรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ สถาบันฯ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ลงชื่อ  ผู้กำหนดคุณลักษณะพัสดุ
(ดร.พิคนันท์ ภาควินิตย)

นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง 1