

แบบ บก.06 เลขที่ 10/65

ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการจัดซื้อ เครื่องวัดความลาดเอียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Precision Inclinator) จำนวน 1 ชุด
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการของ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
.....สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ☐ วิธีประกาศเชิญชวน ☐ วิธีคัดเลือก ☒ วิธีเฉพาะเจาะจง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 950,000.00 บาท (ตามใบขอซื้อ/จ้าง พจ 004/2565 ลว. 9 พ.ย.64)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 941,600.00 บาท
- ราคา/หน่วย (ถ้ามี) (ตามตารางแนบท้ายราคากลาง)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ใบเสนอราคา บริษัท แมกซ์ แวลู เทคโนโลยี จำกัด
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 6.1 ดร.สมใจ ชื่นเจริญ
 - 6.2 นายปรีชา กุลธนสมบูรณ์
 - 6.3 นายมงคล ผานาค

หมายเหตุ :

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) พิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่น
เสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง

พิจารณาราคากลาง ตามหลักเกณฑ์ข้อ (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยพิจารณาจากใบ
เสนอราคาตามท้องตลาดซึ่งมีผู้เสนอราคาและใบเสนอราคามาจำนวน 1 ราย มีคุณสมบัติตรงตามสถาบันฯ กำหนด

ตารางราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	VAT 7%	ราคาต่อหน่วย/รวม VAT 7 %	ราคากลาง (บาท)
1	เครื่องวัดความลาดเอียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Precision Inclinometer)	1	เครื่อง	850,000.00	59,500.00	909,500.00	909,500.00
2	Notebook	1	เครื่อง	30,000.00	2,100.00	32,100.00	32,100.00
ราคากลางทั้งสิ้น (บาท)							941,600.00

หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ
เครื่องวัดความลาดเอียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Precision Inclinator) จำนวน 1 ชุด

1. รายละเอียดทางเทคนิค

รายการ	รายละเอียดคุณสมบัติ
เครื่องวัดความลาดเอียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Precision Inclinator)	เป็นผลิตภัณฑ์ของ WYLER รุ่น Blue System Bundle 001 Elements
ความละเอียดในการวัดค่าความลาดเอียง	0.001 mm/m
ระยะการวัด (Measuring Range)	±20 mm/m
การวัดค่าความลาดเอียง	วัดค่าความลาดเอียง 2 แกน ประกอบด้วย 1. พื้นผิวเครื่องมือตามแนวราบ (Horizontal base) 2. พื้นผิวเครื่องมือตามแนวตั้ง (Angular base)
การปรับเทียบค่าการวัด	มีใบรับรองค่าการวัดความลาดเอียง
รายการอุปกรณ์ใน 1 ชุด	<u>Bundle 001 ELEMENTS 1st license</u> <u>Consisting of:</u> • 1 BlueLEVEL, 0.001 mm/m, 150 mm horizontal base type 122, steel, hardened, flat with 2 holes • 1 BlueLEVEL, 0.001 mm/m, 150 mm angular base type 243, cast iron, scraped, prismatic • 4 batteries 1.5V, size C • 1 wylerCONNECT with 1 USB cable • 1 wylerTRIGGER • wylerELEMENTS • Manual • Case • SCS PLUS Certificate for Bundle 001

เอกสารประกอบการพิจารณาว่าได้กำไร

	Notebook spec for Engineer Set: จำนวน 1 เครื่อง - CPU Core i5 - RAM 8 GB - Monitor 14" - SSD storage 512 GB - Windows 10
--	---

2. การรับประกันและบริการหลังการขาย

- พัดลมที่เสนอจะต้องมีการรับประกันทุกชิ้นส่วน 1 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น
- มีการอบรมการใช้งานเครื่องมือและโปรแกรมประมวลผลข้อมูล

การจัดซื้อพัดลมส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ (Made In Thailand) :

☒ ทำการตรวจสอบพัดลม ตาม ว845 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 แล้วดังนี้

- ☐ 1. เป็นพัดลมที่ผลิตภายในประเทศ และรับรอง MIT
- ☐ 2. เป็นพัดลมที่ผลิตภายในประเทศ
- ☒ 3. เป็นพัดลมที่ผลิตจากต่างประเทศ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(นายมงคล ผานาค)