

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ชื่อ ขดลวด Helmholtz coils system จำนวน 1 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สังกัดฝ่ายสถานีวิจัย
 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร1,310,000.00.....บาท (ตามใบขอซื้อ/จ้าง พส 058/2566 ลว. 1 ธ.ค. 2565)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เป็นเงิน EUR 35,000.00
 คิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ไทยพาณิชย์ ลว. 28 ธ.ค. 2022 (1 EUR =37.19 บาท)
 ประมาณ 1,301,650.00 บาท (ตามตารางแนบ)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ...ใบเสนอราคา บริษัท Kyma Spa จำกัด สาธารณรัฐอิตาลี.....
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นางสาวนิษฐา กุลประจวบเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง.....
 - 6.2 นายพงศ์จักร ธรรมรภาณจน์เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง.....
 - 6.3 นางสาวสลักจิต กุมปรุเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง.....

หมายเหตุ :

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) พิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง

พิจารณาราคากลาง ตามหลักเกณฑ์ข้อ (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยพิจารณาจากใบเสนอราคาตามท้องตลาดซึ่งมีผู้เสนอราคา รายเดียว เพื่อกำหนดเป็นราคากลาง



Terms of Reference: TOR

Helmholtz coils system

No.	Item	Quantity	Unit	Specifications
1	Helmholtz coils	1	Pcs	Coil diameter = 860 mm Max acceptable magnetic size = 120 x 120 x 120 mm ³ Flux measurement (moments) resolution = 1×10^{-6} Vs Flux measurement (moments) repeatability = 2×10^{-5} Vs Overall measurement repeatability (precision in repeatability conditions) = 0.02% Overall accuracy (trueness + precision) for the main moment = 0.3% Angle measurement resolution = 0.02 deg Angle measurement repeatability = 0.1 deg Data acquisition software


(Mr. Watcharapon Jompiyapong)



(Dr. Siriwat Soontaranon)